

Прайс-лист на предоставляемые услуги от 1 октября 2014 г.

Выезд инженера:

Местонахождение клиента	Стоимость (в рублях)
В пределах МКАДа	500
Московская обл.	1000

Диагностика неисправности:

Количество аппаратов для проведения диагностики (шт)	Цена на диагностику ед. оборудования (в рублях)
1	2000
более 1	1800

Варианты графиков обслуживания косметологического оборудования.

Наименование тарифов	ПКТС (Раз в 2 мес)	ПТО (Раз в 6 мес)	ВТО	ВКТС	КТСПИ	Диагностика	Мелкий ремонт	Бесплатный выезд инженера.
Базовый (На 1 год)								
Стандарт (На 1 год)								
Полный (На 1 год)								
ПКТС-Разовый								
ПТО-Разовый								
КТСПИ-Разовый								

Расчет стоимости по выбранному тарифу происходит после предоставления в электронном виде списка оборудования подлежащего обслуживанию.

- Мы предоставляем скидки на обслуживание и диагностику в зависимости от количества оборудования.
- Для постоянных клиентов действует скидка 15% на все предоставляемые услуги.

Тарифы.
Цены на услуги указаны в рублях за ед. оборудования.

	ПКТС (Разовый)	ПТО (Разовый)	КТСПИ (Разовый)	Базовый (На 1 год)	Стандарт (На 1 год)	Полный (На 1 год)
Косметологический стерилизатор, рециркулятор	200	300	100	1000	1400	2500
Аппарат для вапоризации	300	500	200	1800	2800	5000
Аппарат ионофореза, фонофореза	300	500	200	2000	2800	5500
Аппарат миостимуляции, дарсонвализации	300	500	200	2000	2800	5500
Аппарат микрокристаллической, лазерной и ультразвуковой дермабразии, брашинга	400	600	300	2500	4000	7000
Аппарат для RF лифтинга	800	1300	600	5500	7000	10000
Аппарат для электропорации, криоэлектропорации	800	1300	600	5500	7000	10000
Аппарат для гидродермабразии (газожидкостный пилинг)	1000	1500	600	6500	8000	12000
Аппарат ударно-волновой терапии	1000	1500	600	6500	8000	12000
Аппарат для прессотерапии, вакуумного массажа (LPG)	1000	1500	600	6500	8000	12000
Аппарат фотодинамической терапии (PDT, ФДТ)	1500	2000	1000	9000	11000	13000
Аппарат фотоэпиляции, фотоомоложения (IPL)	1500	2000	1000	9000	11000	13000
Аппарат для криолиполиза	1500	2000	1000	9000	11000	13000
Косметологические, многофункциональные комбайны	1500	2000	1000	9000	11000	13000
Лазерное оборудование (Диодные и фракционные CO2 лазеры)	2000	3000	1500	13000	15000	18000
Оборудование для криотерапии	2000	3000	1500	13000	15000	18000

Групповая карта технического обслуживания изделий медицинской техники (ИМТ)

1.	Плановый контроль технического состояния (ПКТС)
1.1	Внешний осмотр изделия, состояние основных, дополнительных устройств и комплектности
1.2	Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, пускателей (выключателей) и предохранительных устройств.
1.3	Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу, выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей и трубопроводов (без разборки)
1.4	Проверка функциональности основных и вспомогательных узлов, измерительных, коммутирующих, регистрирующих, защитных устройств, блокировок, операций специфических для данного вида изделий.
1.5	Очистка изделия от пыли, грязи и т.п.
1.6	Затяжка ослабленных крепежных элементов, устранение люфтов.
1.7	Замена предохранительных элементов.
2.	Плановое техническое обслуживание (ПТО)
2.1	Плановый контроль технического состояния (ПКТС)
2.2	Чистка механических и других рабочих систем, смазка сопрягающих элементов конструкции, дозаправка (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов, удаление из систем продуктов отработки (по эксплуатационной документации)
2.3	Затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок, соединений и т.п. Опробование изделия.
2.4	Комплексная регулировка и настройка изделия обеспечивающая его эксплуатацию.
2.5	Демонтаж и монтаж встроенных контрольно измерительных приборов, плат предоставленных заказчиком. (модернизация оборудования)
3.	ВКТС и ВТО
3.1	Внеплановый выезд для проведения ПКТС
3.2	Внеплановый выезд для проведения ПТО
4.	Периодическое обслуживание
4.1	Периодическое обслуживание осуществляется по тарифам: Базовый, Полный и Vip.
5.	Контроль технического состояния перед использованием (КТСПИ)
5.1	Осмотр изделия, его составных частей, вспомогательных устройств, принадлежностей и комплектации.
5.2	Проверка заземляющего, сетевого и соединительных кабелей, защитных и предохранительных устройств
5.3	Проверка исходного положения органов управления, наличие расходного и рабочего материалов.
5.4	Проверка и контроль работоспособности изделия, его составных частей и устройств, органов сигнализации и защиты. Подготовка к работе изделия, его составных частей и принадлежностей (согласно инструкции по эксплуатации)